

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500007**Référence****88078.300****Nom****Etalon silice 214 ppb****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/01/2025	1 Mois	02/02/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,1000 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 0,214 mg/l SiO₂

Date**09/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité