

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500017**Référence****90314300****Nom****Etalon TH 1°F****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/01/2025	12 Mois	03/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire :
4 ml Étalon de calcium 1000 mg/l Ref Merck 19778
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**09/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité