

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500050**Référence****90326320****Nom****Phase A****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
08/01/2025	12 Mois	08/01/2026


CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

1248,75 mL EAU HIPERSOLV CHROMANORM HPLC Ref VWRC23595

1,25 ml ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE 85 % HIPERSOLV Ref VWRC153154D

1250mL METHANOL HIPERSOLV HPLC ISOCRATIC GRADE Ref VWRC20837

Date**13/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité