

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500100**Référence****90315300****Nom****Etalon Silice 10 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/01/2025	1 Mois	13/02/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,00467 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 10 µg/l SiO₂
Incertitude +/- 1 µg/l

Date**13/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité