

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500106**Référence****85478300****Nom****Tampon ammoniacal****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/01/2025	12 Mois	13/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
50 g Ammonium chlorure Ref Merck 101145
67,2 ml Ammoniaque 25 % Ref VWR 1133
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**20/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité