

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500122**Référence****87536440****Nom****Solution bore hydrazine (solution 140)****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 20 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/01/2025	18 Mois	13/07/2026


CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

-92,7764 g Potassium Tetraborate, 4H₂O, 99 % Ref ALFA 39435 lot: 62400739

- 0,2 g Hydrazine Ref Merck 8.04608 lot: S8433708

QSP eau désionisée 1000 ml

Date**20/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité