

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500129**Référence****MC3072340100****Nom****Bleu de bromothymol 0,04 %****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
14/01/2025	12 Mois	14/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
100 ml eau désionisée
0,4 g bleu de bromothymol réf MERCK1.01226
6,4 ml soude 0,1 N réf VWR31770
QSP 1 000 ml éthanol réf VWR20821

Date**20/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité