

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2500159****Référence****MC3138790500****Nom****Solution étalon carbone COT 10 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 15/01/2025         | 3 Mois               | 15/04/2025                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
0,02126 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874  
QSP 1000 ml eau désionisée  
soit une concentration COT de 10 mg/l

**Date****20/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité