

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500172**Référence****MC3112891000****Nom****Solution étalon silice 1 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/01/2025	3 Mois	16/04/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,4674 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 1 mg/l SiO₂

Date**20/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité