



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500175

Référence

85577290

Nom

PRODUCTION

Conditionnement Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/01/2025	3 Mois	16/04/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
3,2718 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 7 mg/l SiO₂

Date	Visa
20/01/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE