

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500178**Référence****89915260****Nom****Etalon colorimétrique****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 500 ml


Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/01/2025	6 Mois	16/07/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

0,4 parts of solution B + 1,2 parts of solution D + 0,3 parts of solution C + 3,1 parts of water

Solution A: HCl – solution : 30 mL de HCl (37%) dans 1170 mL d'eau

Solution B: CoCl₂ solution : 59.5 mg/ml CoCl₂·6H₂O dans solution ASolution C: CuSO₄ solution : 62.4 mg/ml CuSO₄·5H₂O dans solution ASolution D: FeCl₃ solution : 45.0 mg/ml FeCl₃·6H₂O dans solution A**Date****20/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité