

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500219**Référence****90101410****Nom****Tampon pH 1.2 pour dissolution Métronidazole,
Céliprolol, Nausicalm****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/01/2025	12 Mois	20/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
250 ml Solution de Chlorure de sodium 0,2 mol/l
425 ml Solution acide chlorhydrique 0,2 mol/l
QSP 1000 ml eau purifiée Ref VWR 90200
pH=1,2 +/- 0,1

Date**28/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité