

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500226**Référence****90103360****Nom****TAMPON PHOSPHATE pH 6.8****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/01/2025	12 Mois	20/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
250 ml solution de phosphate monopotassique 0,2 mol/l
112 ml solution d'hydroxyde de sodium 0,2 mol/l
QSP 1000 ml eau purifiée Ref VWR 90200
pH=6,8 +/- 0,1

Date**28/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité