

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500234**Référence****89165260****Nom****Solution étalon carbone COT 60 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/01/2025	12 Mois	21/01/2026

CONFORMITE

CONFORME AU MODE OPERATOIRE:
60 ml étalon COT 1000 mg/l
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**28/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité