

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500244**Référence****MC3112036010****Nom****Tampon ammoniacal pH 10,4****PRODUCTION****Conditionnement** Cubi plastique 10 litres (cubidor)

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/01/2025	12 Mois	22/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium chlorure réf 1145 54 g
Ammoniaque 25 % réf 5432 350,4 ml
QSP 1000 ml eau désionisée
pH(20°C) =10,4 +/- 0,1

Date**28/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité