

Certificate of Analysis

Référence : 90242360

Triton 0.1% X100 dans HCL 0.01N

Lot : 2500249

Préparé le: 22/01/2025

Périmé le: 22/07/2025

CHARACTERISTICS	SPECIFICATIONS	MESURED VALUES
	Pour 5000 ml	Pour 25 L
Triton X100 PERKIN Ref N9300260– Lot : MP230214002	5.35 g +/- 0.05 g	26.75 g
HCl (1N) VWR Ref 30024 – Lot : 24H024003	50 ml +/- 0.05 ml	250 ml
Eau désionisée	QSP 5000 ml +/- 0.5%	conform

Conservation 6 mois à température ambiante

We Certify that this batch conforms to the specifications listed above

BDL : Below detected limit

Signé par:



O. BRINGER , Responsable Qualité

LCH CHIMIE

ZA La Vigne Grande

34600 LES AIRES

Tel: 04 67 95 05 88