

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500288**Référence****85192290****Nom****Ammoniaque 25% solution à 410 g/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
24/01/2025	12 Mois	24/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
453 ml Ammoniaque 25 % Ref Merck 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**28/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité