

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500363**Référence****MC3110380500****Nom****Tampon pH10 au chlorure d'ammonium****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
29/01/2025	6 Mois	29/07/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
54 g Ammonium chlorure Ref Merck 101145
150 ml Ammoniaque Ref Merck 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**03/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité