

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500398**Référence****90020290****Nom****Reactif 1 pour analyseur - manganese****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
31/01/2025	12 Mois	31/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
80 ml ACIDE CHLORHYDRIQUE 37% VWRC20252
450 ml ETHANOLAMINE FOR ANALYSIS EMSURE MERC1.00845
1 ml TRITON® X-100 POUR ANALYSES MERC1.08603
QSP 1000mL Eau désionisée

Date**03/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité