

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500399**Référence****90021290****Nom****Reactif 2 pour analyseur - manganese****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
31/01/2025	12 Mois	31/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
100 g Hydroxylammonium Chlorure Ref Prolabo 24708
50 ml FORMALDEHYDE 36 % Ref Prolabo 20909
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**03/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité