

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500404**Référence****85452260****Nom****Solution étalon carbone COT 40 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/02/2025	3 Mois	03/05/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,08504 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 40 mg/l

Date**10/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité