

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500406**Référence****MC3136391000****Nom****Acide perchlorique 0,02 N dans l'acide acétique****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/02/2025	6 Mois	03/08/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
200 ml acide perchlorique 0,1 N Ref VWR 30110
QSP 1000 ml acide acétique 100% ref VWR 20104

Date**10/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité