

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500412**Référence****89871460****Nom****Acide citrique 5% (50g/l)****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 25 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/02/2025	12 Mois	03/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
50 g Acide citrique monohydraté Prolabo 20276
QSP 1000 ml eau désionisée Ref Prolabo 102922

Date**10/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité