

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2500440****Référence****89805290****Nom****Potassium fluorure 25 %****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 05/02/2025         | 12 Mois              | 05/02/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
250 g Fluorure de Potassium Réf Prolabo 26820  
QSP 1000 ml eau désionisée

**Date****10/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité