

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500449**Référence****85674260****Nom****Sueur artificielle basique****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
05/02/2025	12 Mois	05/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,5 g Histidine ref 104350
5 g sodium chlorure réf 106404
2,6 g Sodium dihydrogenophosphate dihydraté réf 106345
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 8,0 +/- 0,2 rectifié avec NaOH 0,1 N

Date**10/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité