

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500458**Référence****87757290****Nom****Solution étalon silice 25 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
06/02/2025	3 Mois	06/05/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
11,685 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 25 mg/l SiO₂

Date**10/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité