

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500477**Référence****87566290****Nom****Reactif de Keller****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
07/02/2025	12 Mois	07/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
10 ml Acide fluorhydrique 40 % réf VWR 20307
15 ml Acide chlorhydrique 37 % réf VWR 20252
25 ml Acide nitrique 65% réf merck 100456
950 ml eau désionisée

Date**10/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité