

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500494**Référence****87205360****Nom****Solution de test à la porosité****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/02/2025	12 Mois	10/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
10 g Potassium hexacyanoferrate III Ref VWR 26810
5 g Sodium Chlorure Ref VWR 27810
0,89 g Sodium dioctyl sulfosuccinate Ref Acros 11710
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**17/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité