

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500499**Référence****85092410****Nom****MélangeTAN propanol toluène eau 49,5/50/0,5****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/02/2025	12 Mois	10/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
495 ml Propanol-2 Ref Prolabo 20842
500 ml Toluene Ref Prolabo 28676
5 ml Eau désionisée

Date**17/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité