

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500515**Référence****89588290****Nom****EGTA titrant 0,1 mol/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/02/2025	12 Mois	10/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 38,04 g EGTA Ref Prolabo 20308
- 250 ml soude 1 N Ref Prolabo 31627
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**17/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité