

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2500517****Référence****5820.2500****Nom****Solution Tampon MES/TRIS pH=8.2 à 24°C****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 2,5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 11/02/2025         | 2 Mois               | 11/04/2025                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:

Acide morpholino2ethanesulfonique monohydraté réf merck 1.06126 9,760g

Tris(hydroxyméthyl)aminométhane réf Merck 108382 6,060 g

Eau purifiée 984 ml

pH (24°C)= 8,19

Specifications

8,18 --&gt; 8,22

| Date              | Visa                                     |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>17/02/2025</b> | <b>LE RESPONSABLE DU<br/>LABORATOIRE</b> |