

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500520**Référence****87430320****Nom****Acide nitrique solution 20 % W/W****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
11/02/2025	12 Mois	11/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
252 ,8 ml Acide nitrique 65 % Ref Merck 100456 lot K54283556
QSP 1000 ml eau désionisée de conductivité (20 °C) max 1,5 µs/cm
Soit une solution d'Acide nitrique 20% W/W d=1,115

Date**17/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité