



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500527

Référence

24989.202

Nom

Liquide pour manometre à tube incliné

PRODUCTION

Conditionnement Flacon verre incolore 125 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/02/2025	12 Mois	12/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
964 ml Ethanol 96% dénaturé Ref prolabo 85829
36 mg Fuschine basique 3525.0025
58 ml Eau désionisée

Date	Visa
17/02/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE