

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500536**Référence****88587290****Nom****Bleu de toluidine en solution****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/02/2025	12 Mois	12/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
1 g Bleu de toluidine réf Thermo scientific 34860
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**17/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité