

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500552**Référence****87408290****Nom****Solution DCOmetre 1000 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/02/2025	12 Mois	13/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,853 g g Potassium hydrogenophthalate réf 104874
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**17/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité