

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500584**Référence****87479290****Nom****PBS 10X****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
17/02/2025	12 Mois	17/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
80 g Sodium Chlorure PA Ref Merck 1.06404
2 g Potassium Chlorure Ref VWR P26764
35,8 g Na₂HPO₄, 12 H₂O PA Ref VWR 28028
2,4 g KH₂PO₄ PA Ref Merck 1.04873
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**24/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité