

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2500606****Référence****MC3114631000****Nom****Solution étalon silice 40 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 18/02/2025         | 1 Mois               | 18/03/2025                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire  
0,0187 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310  
QSP 1000 ml eau désionisée  
Soit une concentration de 40 µg/l SiO<sub>2</sub>

**Date****24/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité