

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500632**Référence****89868321****Nom****Mélange 2 radiall ALTERNATIVE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
19/02/2025	12 Mois	19/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
375 g Ammonium cerium 4 nitrate Ref ACROS A12882
88 ml Acide acétique 100 % Ref Merck 100063
2410 ml eau désionisée

Date**24/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité