

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500645**Référence****89807180****Nom****Solution NaCl 5% +/- 0.1%****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/02/2025	12 Mois	20/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
5 g Sodium Chlorure Ref Prolabo 27810
QSP 100 ml eau désionisée

Date**24/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité