

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500655**Référence****85200260****Nom****Acide oxalique 100 g/l en solution aqueuse****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/02/2025	12 Mois	21/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
100 g Acide oxalique Ref Prolabo 20562
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**24/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité