

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500656**Référence****85223260****Nom****Réactif de nessler****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD noir 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/02/2025	12 Mois	21/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
34,9 g Potassium iodure Ref VWR26846
45,5 g Iodure de mercure Ref Merck 1.04428
112 g Potassium hydroxyde RefVWR 26668
908 g Eau désionisée

Date**24/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité