

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500661**Référence****89617360****Nom****Mélange acetone eau avec bleu de bromophenol 0,02g/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/02/2025	12 Mois	21/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
980 ML Réf VWRC20066* ACETONE
20 ML eau désionisée
0,02 g BROMOPHENOL BLUE Réf VWRC0449

Date**24/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité