

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500668**Référence****897749160****Nom****Alliage cuivreux / sulfo-fluorhydrique****PRODUCTION****Conditionnement** FUT PEHD bleu 220 litres 2 Bondes

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/02/2025	12 Mois	21/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
100 ml Acide fluorhydrique 40 % Ref vwr 20307
154.55 ml Acide sulfurique 95 % Ref Prolabo 20690
745.45 ml Eau désionisée

Date**24/02/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité