



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500682

Référence

5820.2500

Nom

Solution Tampon MES/TRIS pH=8.2 à 24°C

PRODUCTION

Conditionnement Flacon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
24/02/2025	2 Mois	24/04/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide morpholino2ethanesulfonique monohydraté réf merck 1.06126 9,760g
Tris(hydroxyméthyl)aminomethane réf Merck 108382 6,060 g
Eau purifiée 984 ml
pH (24°C)= 8,21
Specifications
8,18 --> 8,22

Date	Visa
03/03/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE