

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500696**Référence****90185320****Nom****BUFFER 1M pH3,1(PDF)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
25/02/2025	6 Mois	25/08/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
272,2 g POTASSIUM DIHYDROGENOPHOSPHATE Ref Merck 104873
QSP 2000 ml eau désionisée
Ajusté à pH =3,1 +/- 0,5 avec de l'acide phosphorique 85%
Filtration 0,45 µ

Date**03/03/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité