

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500755**Référence****85193260****Nom****Tampon pH 2,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/03/2025	6 Mois	03/09/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,716 g Di Sodium Hydrogénophosphate Dodecahydraté Ref Merck 106579
20,58 g Acide citrique monohydraté Ref VWR 20276
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 2,2 +/- 0,1

Date**10/03/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité