

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500828**Référence****90102360****Nom****TAMPON ACETATE pH 4.5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
07/03/2025	12 Mois	07/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
14 ml acide acétique 2 mol/l
2,99 g sodium acétate ref VWR 27653
QSP 1000 ml eau purifiée Ref VWR 90200
pH=4,5 +/- 0,02

Date**10/03/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité