

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2500889****Référence****89512290****Nom****Tampon pH 2 selon norme NF T90-431 (à filtrer)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 12/03/2025         | 12 Mois              | 12/03/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
14,91 g Potassium chlorure Ref Prolabo 26764  
55,6 ml Acide Chlorhydrique 0,2 N  
QSP 1000 ml eau désionisée  
pH = 2,0 +/- 0,1

**Date****17/03/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité