

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2500975**Référence****89640290****Nom****Mélange iso-octane / toluène (50% / 50%)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/03/2025	12 Mois	20/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
500 ml Toluene Ref Prolabo 28676
500 ml IsoOctane Ref Prolabo 28781

Date**24/03/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité