

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500981**Référence****89756290****Nom****Tampon 4 pour proteine hydrolyzate pH 4.9****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/03/2025	12 Mois	20/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
26,67 g REF VWRC27833**Sodium Citrate dihydraté
54,35 g REF VWRC27810**Sodium Chloride
6,10 g REF VWRC20276**Citric Acid hydraté
5 ml REF VWRC20804**Benzyl Alcohol
4mL solution BRIJ 35 à 25g/100 ml
0,1 ml REF ALFA 11149**Caprylic acid
QSP 1000ml eau désionisée
pH 4.9+/-0,1
Filtration 0,45 µ

Date**24/03/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité